

放射卫生评价报告网上公示

建设单位	佛山市第四人民医院		
项目地址	佛山市禅城区金澜南路 106 号		
联系人	龙显荣		
项目名称及简介			
佛山市第四人民医院放射诊疗建设项目职业病危害控制效果放射防护评价。该院新购置一台移动式 C 形臂 X 射线机。			
现场调查人员	石瑞芬、董雪梅		
现场调查时间	2016 年 4 月 21 日	建设单位陪同人	龙显荣
采样、检测人员	石瑞芬、董雪梅		
采样、检测时间	2016 年 4 月 21 日	建设单位陪同人	龙显荣
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果			
本项目建成后正常运行过程中可能产生的主要职业病危害有：X 射线。			
评价结论与建议			
本建设项目在运行过程中存在放射性职业病危害因素，按卫生部《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》分类，本建设项目属放射性危害程度与诊疗风险危害一般的建设项目。该建设项目的放射性危害防护设施等条件基本符合竣工验收的要求。			
技术审查专家组评审意见			
1、完善放射工作人员放射防护管理的评价			