放射卫生评价报告网上公示

建设单位	佛山市三水区西南街仁济医疗门诊部		
项目地址	三水区西南街道塘福路 4 号		
联系人	郑婉华		
项目名称及简介			
佛山市三水区西南街仁济医疗门诊部放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告。该门诊新购置一台牙科全景机和一台口内牙片机。			
现场调查人员	石瑞芬、董雪梅		
现场调查时间	2016 年 6 月 16 日	建设单位陪同人	郑婉华
采样、检测人员	石瑞芬、董雪梅		
采样、检测时间	2016 年 6 月 16 日	建设单位陪同人	郑婉华
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果			
本项目建成后正常运行过程中可能产生的主要职业病危害有：X 射线。			
评价结论与建议			
本建设项目在运行过程中存在放射性职业病危害因素，按卫生部《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》分类，本建设项目属放射性危害程度与诊疗风险危害一般的建设项目。			
技术审查专家组评审意见			
1、同意通过该预评价报告表。			